

Kraków, dn. 19 sierpnia 2019 r.

*NR POSTĘPOWANIA: WPS.SAG.272-1/19*

**Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa opatrunków, wyrobów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ortodontycznych, narzędzi i sprzętu medycznego”**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 Czy możemy wysłać ofertę na jeden pakiet oraz na drugi częściowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 23.13**

Pytanie nr 2 Jakie dokumenty mamy wypełnić?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 13**

Pytanie nr 3 Czy wypełniać wzór umowy?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 4 Proszę o informacje co ma być wpisane w zał. nr 2 punkt 14

**Odpowiedź: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

Pytanie nr 5 Czy zał. nr 3 musi być wypełniony dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu IV – wykaz narzędzi

poz. 1 i 2 - czy pozycja dotyczy pilników w opakowaniach zawierających jeden rozmiar narzędzia (sortowane) czy także w asortymentach?

poz. 5 prosimy o uściślenie, czy igła lentulo ma posiadać sprężynkę czy ma być bez sprężynki?

poz. 12 - czy Zamawiający dopuszcza krążki we wskazanych gradacjach dowolnego producenta, czy też mają być one od określonego, i jeśli tak to jakiej marki?

poz. 14 czy Zamawiający dopuszcza na zaproponowanie pędzelków w opakowaniach a 100szt w przeliczeniu do wymaganej ilości (z korzyścią dla Zamawiającego ze względu na lepszą cenę)?

poz. 16 - prosimy o uściślenie czy wymagane są paski z wytłoczonym przestrzennym brzuszkiem, czy też brzuszek ma być płaski?

poz. 17 - prosimy o wskazanie rodzaju włosa - nylonowe (oraz wskazanie w przypadku nylonu - białe czy barwione?) lub włosie naturalne?

poz. 19 i 20 - prosimy o uściślenie rozszerzenia ćwieków - .02, .04 czy .06 oraz czy ćwieki mają być kalibrowane czy zwykłe?

poz. 26 - prosimy o uściślenie, czy łyżki do wycisków mają być z plastiku czy z metalu?

poz. 30 - prosimy o uściślenie, do jakiego typu kartridży mają być końcówki (jakie przełożenie) ze względu na duże zróżnicowanie cen końcówek oraz wskazanie wymaganej ilości końcówek w opakowaniu o ile taka wytyczna jest wymagana

poz. 31 prosimy o uściślenie, czy wymagany jest zestaw - przyłbica z ramka okularową z foliami osłaniającymi, czy też chodzi o same folie do ramek, lub czy chodzi o przyłbice typu Śniadecki ) nakładaną na głowę)?

poz. 39 - prosimy o wskazanie rodzaju wkładów (marki producenta), do których powinny pasować dryle dla zaproponowania właściwego produktu i we właściwej cenie

poz. 44 - prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o osłonki rękojeści (silikonowe) czy o zupełnie inny rodzaj osłonek i jeśli tak, to jaki?

poz. 46- prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga wiertła-rózyczki czy innego (i jeśli tak to jakiego - ze względu na duże zróżnicowanie cen poszczególnych kształtów i przeznaczenia danych rodzajów wiertel)

poz. 47 - prosimy o uściślenie rodzaju (kształtu) wymaganego wiertła

poz. 48 - prosimy o uściślenie, czy wymagany stożek będzie używany na maszynie polerskiej czy na mandrelce do prostnicy oraz czy w przypadku drugiego wariantu ma być montowany na mandrelce czy nie jest ona wymagana?

poz. 49 i 51 - prosimy o uściślenie, czy gumki mają być montowane na mandrelce czy nie jest to wymagane?

poz. 52 i 58 - prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie oznacza wedle Zamawiającego nazwa: "Gumki na mandrylkę" (i analogicznie do poz. 58 - "szczotka na mandrylkę") oraz do jakiego typu materiału będą one stosowane (i czy oznacza to, że mają być to gumki bez mandrelki)?

poz. 53 i 54 - czy Zamawiający wymaga wiertła-różyczki i czy chodzi o inny kształt (jeśli inny, to prosimy o uściślenie, jaki)

poz. 55 - prosimy o uściślenie, jakiego typu separator jest wymagany (papierowy, metalowy lub inny) oraz do jakiego typu materiału będzie on stosowany?

poz. 56 i 57 - czy wymagane polerki mają być montowane na mandrelce czy do montowania (bez uchwytu i bez uwzględniania jego ceny w pozycji)?

poz. 59 - czy Zamawiający wymaga klinów w opakowaniach sortowanych (jednego rozmiaru) czy w asortymentach oraz jaka jest wymagana ilość klinów w pojedynczym opakowaniu?

poz. 64 - czy Zamawiający wymaga narzędzia ze stalową wkładką czy wzmocnianą (z węgla spiekanego)?

poz. 67 prosimy o wskazanie wymaganego rozmiaru (szerokości paska) ze względu na duże zróżnicowanie cenowe oraz informacji, czy chodzi o paski z uniwersalnym nasypem, czy o określonej gradacji nasypu (jeśli tak, to jakiej)?

#### **Odpowiedź:**

**poz. 1 i 2** dotyczy pilników w opakowaniach zawierających jeden rozmiar narzędzia (sortowane) i w asortymentach,

**poz. 5** igła lentulo ma posiadać sprężynkę,

**poz. 12** dopuszcza krążki we wskazanych gradacjach i kolorach producenta 3M,

**poz. 14** dopuszcza,

**poz. 16** wymagane są paski z wytłoczonym przestrzennym brzuskiem,

**poz. 17** wymagane włosie – nylonowe białe i barwione,

**poz. 19 i 20** wymagane rozszerzenia ćwieków .02, .04 i .06, ćwieki zwykłe,

**poz. 26** wymagane łyżki do wycisków z metalu,

**poz. 30** końcówki do kartridży 50 ml, 1:1 różne rodzaje, op. 50 szt.,

**poz. 31** wymagane przyłbice typu Śniadecki,

**poz. 39** dryle dostosowane do wkładów kk firmy NORDIN,

- poz. 44** wymagane osłonki rękojeści (silikonowe),
- poz. 46** wymagane wiertła – różyczka i inne kształty i rodzaje w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego,
- poz. 47** wymagane wiertło kształt kulka,
- poz. 48** wymagany stożek będzie używany na mandrylce do prostnicy, na maszynie polerskiej (mandrylka nie jest wymagana),
- poz. 49** wymagane gumki montowane na mandrylce (mandrylka nie jest wymagana),
- poz. 51** wymagane gumki zespolone z mandrylką,
- poz. 52 i 58** „gumki na mandrylkę” – gumka wkręcana na mandrylkę na prostnicę lub kątnice, stosowana do akrylu do podścieleń, "szczotka na mandrylkę"- stosowana do opracowania akrylu na mandrylce, szczotki nylonowe lub z włosia naturalnego, szczotka zespolona z mandrylką i szczotka montowana do mandrylki (poz. 58 mandrylka nie jest wymagana),
- poz. 53 i 54** wymagane wiertła kształt różyczka,
- poz. 55** wymagany separator metalowy z nasypem diamentowym, stosowany do akrylu i gipsu do montażu na mandrylkę (mandrylka nie jest wymagana),
- poz. 56 i 57** wymagane polerki montowane na obsadkę do maszyny polerskiej do protez akrylowych,
- poz. 59** wymagane kliny w opakowaniach sortowanych (jednego rozmiaru) i w asortymentach, wymagana ilość klinów w pojedynczym opakowaniu 100 szt.
- poz. 64** wymagane narzędzia ze stalową wkładką,
- poz. 67** wymagane szerokości paska 4mm, 6mm i 8mm z nasypem uniwersalnym.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu III – Materiały stomatologiczne

poz. 4+5 - czy Zamawiający dopuszcza materiał równoważny o tym samym zastosowaniu oraz przybliżonym składzie?

poz. 8 - czy wymagany jest lakier określonego producenta, czy też można zaproponować dowolny wyrób spełniający wytyczne podane w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacji?

poz. 12 - prosimy o wskazanie klasy testu (klasa IV, V czy inna)

poz. 23 - prosimy o doprecyzowanie, czy pozycja dotyczy kompletu zawierającego 250g płynu (i jeśli tak, to ile powinien zawierać on proszku i w jakim odcieniu), czy też dotyczy tylko samego płynu?

poz. 40 - czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wymaganego materiału w opakowaniu o pojemności 3ml w przeliczeniu do wymaganej łącznej ilości z korzyścią dla Zamawiającego (lepszta cena)?

poz. 44 - prosimy o uściślenie, czy chodzi o kalkę prostą czy podkową? - dla zaproponowania właściwego wyrobu - dwa różne produkty w różnych cenach

poz. 45 - czy wymagane jest opakowanie a 500g czy o innej wielkości (jeśli tak, to prosimy o jej uściślenie)

poz. 51 - prosimy o informację, czy wymagane nici powinny być nasączone środkiem obkurczającym (jeśli tak, to jakim), czy też chodzi o czyste lub w ogóle dowolne nici retrakcyjne?

poz. 56 - prosimy o doprecyzowanie, co wedle Zamawiającego powinien zawierać "zestaw" materiału do podścielenia oraz czy wymagany jest wyrób określonego bądź dowolnego producenta?

poz. 57 - czy Zamawiający akceptuje opakowania pumeksu a 3 kg czy chodzi o inną wagę (i jeśli tak, to jaką?)?

poz. 74 prosimy o informacje, czy obie masy mają być normalnie czy szybko wiążące oraz jaka jest wymagana konsystencja masy na drugą warstwę?

#### **Odpowiedź:**

**poz. 4+5 dopuszcza**

**poz. 8 nie jest wymagany lakier określonego producenta, można zaproponować dowolny wyrób, zgodny ze specyfikacją,**

**poz. 12 klasa testu V i VI,**

**poz. 23 dotyczy kompletu zawierającego 250 ml płynu + 500g proszku, różne odcienie,**

**poz. 40 dopuszcza,**

**poz. 44 dotyczy kalki prostej i podkowiastej,**

**poz. 45 wymagane opakowanie a 500g,**

**poz. 51 nici retrakcyjne nasączone środkiem obkurczającym (siarczan glinu),**

**poz. 56 zestaw zawiera – kartusz 80g, końcówki, płyn 10ml, 2x10ml (baza i katalizator), pędzelki, trzymadelko do pędzelków, płytko do mieszania, nie jest wymagany wyrób określonego producenta,**

**poz. 57 dopuszcza,**



**poz. 74 masy mają być normalnie wiążące, wymagana konsystencja masy na drugą warstwę LV i XLV.**

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- wyodrębnienie pozycji nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 59, 60, 71 do osobnego pakietu na materiały protetyczne,
- przesunięcie pozycji 34, 64 oraz 71-73 do pakietu ortodontycznego

w celu zaproponowania najlepszej i osobnej oferty na materiały stomatologiczne z korzyścią dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 9 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet IX – Lampa sufitowa zabiegowa

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje dwóch podwójnych (dwuczaszowych) lamp zabiegowych?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podwójną lampę operacyjną wyposażoną w 13 diod LED w każdej z kopuł gwarantujących natężenie światła po 70 000 lux każda, o kolorystyce zapewniającej światło idealnie białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach oraz z regulacją natężenia światła z panelu na czaszy w 8 krokach? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego gdyż zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z możliwością regulacji temperatury barwowej. Wszystkie pozostałe parametry są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w SIWZ lub lepsze.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

*Otrzymują:*

- strona internetowa Zamawiającego

- a/a